messtec
swiss testing service

17.03.2018

Prüfbericht







Teilename	Testteil 1	Benutzer	messtec
Messgerat	Surftest SJ-500	Bemerkung	Testmessung

Standard	ISO 1997	N	5
Profile	R	Cut-Off	0.25mm
λs	2.5µm	Filter	GAUSS

Ra	0.32µm	